



Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии  
ФБУ «Калужский ЦСМ»

248000 г.Калуга, ул. Тульская, 16а  
тел/факс (4842) 57-44-31



## Сертификат о калибровке № 4/ 3210-К

Средство измерений Дозатор весовой (вода)  
ESM-60 BATCHING PLANT

заводской номер Б/н  
принадлежащее ООО «Бета Микс Калуга»

наименование юридического (физического) лица

Калужская обл, Боровский р-н, д.Денисово  
ИНН 4003034238

**Рекомендуемый межкалибровочный интервал  
1год (12 месяцев)**

Калибровочное клеймо

Начальник сектора  
ПСИМВ

Калибровку произвел



подпись

подпись

А.А.Затеев

инициалы, фамилия

С.С.Беззаботин

инициалы, фамилия

Дата калибровки

«08» июля 2014 г.



Калибровка произведена в соответствии с  
ГОСТ 8.523-2004 «Дозаторы весовые дискретного  
действия.Методика поверки.»

наименование и номер документа на методику поверки

на соответствие

ГОСТ 10223-97

документ, содержащий требования к средству

измерения (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, описание типа и т.д.)

с применением эталонов Гири: ГО-20, КТ М<sub>1</sub>.

наименование, заводской номер

ГО-1кг (1..10кг) № 187 КТ F<sub>1</sub>,

разряд, класс, погрешность

при следующих значениях влияющих факторов,  
нормированных в документе на методику поверки  
(с указанием их значений):

Температура окружающей  
среды 20°C,

Относительная влажность  
воздуха 46 %

другие параметры

Калибровку произвел

подпись

С.С.Беззаботин

инициалы, фамилия

«08» июля 2014 года