



Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
ФБУ «Калужский ЦСМ»

248000 г.Калуга, ул. Тульская, 16а
тел/факс (4842) 57-44-31



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 4/ 3209

Действительно до
«08» июля 2015 года

Средство измерений Весы электронные,
наименование, тип

ПВ-15

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такая
серия и номер имеются) отсутствует

заводской номер 40395

принадлежащее ООО «Бета Микс Калуга»

наименование юридического (физического) лица


Боровский р-н, д.Денисово

ИНН 4003034238

**поверено и на основании результатов первичной
(периодической) поверки признано пригодным к
применению по КТ «средний»**

Поверительное клеймо

Начальник сектора
ПСИМВ



А.А. Затеев

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

подпись

С.С.Беззаботин

инициалы, фамилия

«08» июля 2014 года



При последующей поверке предъявление свидетельства обязательно

Средство измерений поверено в соответствии с
ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания.
Методы и средства поверки»

наименование и номер документа на методику поверки

на соответствие ГОСТ 29329-92 "Весы для стати-

документ, содержащий требования к средству

ческого взвешивания. Общие технические требования"

измерения (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, описание типа и т.д.)

с применением эталонов Гири 10кг КТ М₁,

наименование, заводской номер

набор гирь КПГВП №408132982 КТ М₁.

разряд, класс, погрешность

при следующих значениях влияющих факторов,
нормированных в документе на методику поверки
(с указанием их значений):



Температура
окружающей среды
20 °С

Относительная влажность
воздуха 46 %

другие параметры _____

Начальник сектора
ПСИМВ

Поверитель


подпись

подпись

А.А. Затеев

инициалы, фамилия

С.С. Беззаботин

инициалы, фамилия

«08» июля 2014 года