



Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
ФБУ «Калужский ЦСМ»

248000 г.Калуга, ул. Тульская, 16а
тел/факс (4842) 57-44-31



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 4/ 3207

Действительно до
«08» июля 2015 года

Средство измерений Пресс гидравлический,
наименование, тип

ИП-6084-1000-0

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такая
серия и номер имеются) отсутствует

заводской номер 111

принадлежащее ООО «Бета Микс Калуга»
наименование юридического (физического) лица

Боровский р-н , д.Денисово

ИНН 4003034238

**поверено и на основании результатов первичной
(периодической) поверки признано пригодным к
применению.**

Поверительное клеймо

Начальник сектора
ПСИМВ



А.А. Затеев

подпись

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

С.С.Беззаботин

инициалы, фамилия

«08» июля 2014 года



При последующей поверке предъявление свидетельства обязательно

Средство измерений поверено в соответствии с
ГОСТ 8.136-74 «Прессы гидравлические для испытаний
строительных материалов. Методы и средства
поверки.»

наименование и номер документа на методику поверки

на соответствие с требованиями ГОСТ 28840-90

документ, содержащий требования к средству

«Машины для испытания материалов на растяжение,
сжатие и изгиб. Общие технические требования.»

измерения (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, описание типа и т.д.)

с применением эталонов Динамометр

наименование, заводской номер

АЦДС-1000И-0,5 № 1041

разряд, класс, погрешность

при следующих значениях влияющих факторов, нормированных в
документе на методику поверки (с указанием их значений):

Температура окружающей среды 20 °С; Относительная влажность
влажность 45 %

другие параметры

Начальник сектора
ПСИМВ

Поверитель

подпись

подпись

А.А.Затеев

инициалы, фамилия

С.С.Беззаботин

инициалы, фамилия

«08» июля 2014 года